

Vis-Lampe für Analytik Jena UV/Vis (NICHT geeignet für PLUS-Geräte)

Artikelnummer 094129



Produktbeschreibung

vis-Lampe (mit Halter) 6V 20W für Analytik Jena Specord 30, 40, 50, 200, 205, 210, 250, S600 - **nicht für PLUS-Geräte geeignet.**

> Specord Plus Serie: [094229](#)

Methode: Photometrie
Vergleichbar mit: 820-60013-0
Brenndauer: 1000 h
Lampen-Typ: Wolfram-Halogenlampe (Vis)
Verpackungseinheit: 1 Stück

Produkteigenschaften

Geräte-Hersteller Analytik Jena

Weitere Bilder

