

Thermodrucker für d.Flow Flussmessgerät

Flussmessgerät | d.Flow | Flussraten-Überprüfung | Flowmeter

Artikelnummer 792615-28



Produktbeschreibung

Thermodrucker für Flowmeter vFlow & d.Flow mit Netzteil und RS232-Verbindungskabel

[d.Flow Produktseite](#)

Weitere Bilder



*** Calibration Report ***																							
Date/Time	14-02-2022 12:49:50																						
Tester Company	DURATEC Analysentechnik																						
Tester Name	Matthias Hoenig																						
Floumeter Type	DURATEC dFlow																						
Floumeter Serial	2822-002																						
Pump Manufacturer	Agilent																						
Pump Model	G1312																						
Pump Serial	4711-0815																						
Pump Flow (ml/min)	1.00																						
<table><tr><td>--Time--</td><td>--Flow--</td></tr><tr><td>12:50:07</td><td>1.0067 ml/min</td></tr><tr><td>12:50:27</td><td>1.0016 ml/min</td></tr><tr><td>12:51:13</td><td>1.0152 ml/min</td></tr><tr><td>12:51:31</td><td>1.0629 ml/min</td></tr><tr><td>12:51:59</td><td>1.0054 ml/min</td></tr><tr><td>12:52:25</td><td>1.0080 ml/min</td></tr><tr><td>12:52:53</td><td>1.0006 ml/min</td></tr><tr><td>12:53:19</td><td>1.0022 ml/min</td></tr><tr><td>12:53:46</td><td>1.0766 ml/min</td></tr><tr><td>12:54:13</td><td>1.0797 ml/min</td></tr></table>		--Time--	--Flow--	12:50:07	1.0067 ml/min	12:50:27	1.0016 ml/min	12:51:13	1.0152 ml/min	12:51:31	1.0629 ml/min	12:51:59	1.0054 ml/min	12:52:25	1.0080 ml/min	12:52:53	1.0006 ml/min	12:53:19	1.0022 ml/min	12:53:46	1.0766 ml/min	12:54:13	1.0797 ml/min
--Time--	--Flow--																						
12:50:07	1.0067 ml/min																						
12:50:27	1.0016 ml/min																						
12:51:13	1.0152 ml/min																						
12:51:31	1.0629 ml/min																						
12:51:59	1.0054 ml/min																						
12:52:25	1.0080 ml/min																						
12:52:53	1.0006 ml/min																						
12:53:19	1.0022 ml/min																						
12:53:46	1.0766 ml/min																						
12:54:13	1.0797 ml/min																						
----- Signature																							