

# OptChem Split- / Splitlos-Liner mit beidseitiger Verengung und vormontierten O-Ring (78.5 x 6.3 x 4 mm) für Agilent, PerkinElmer, Thermo Scientific GC (1 Stück)

Artikelnummer S0926201801



## Produktbeschreibung

OptChem Split- / Splitlos-Liner mit beidseitiger Verengung und vormontierten O-Ring (78.5 x 6.3 x 4 mm) für Agilent Intuvo 9000, 8890, 8860, 7890, 7890B, 7820A, 6890, 6850, 5890 und 4890; Bruker/Varian 1177; Lucidity GC-FID; PerkinElmer GC 2400, Clarus 690 und 590; Scion Instruments 8500 und 8300; Thermo Scientific TRACE 1600, 1610, 1300 series und GC Ultra (1 Stück)

**Vergleichbar mit:** 5190-3983  
**Liner Innendurchmesser:** 4,0 mm  
**Liner Länge:** 78,5 mm  
**Liner Außendurchmesser:** 6,3 mm  
**Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**Hersteller-Nr.:** 0926201801

## Produkteigenschaften

**Geräte-Hersteller** Agilent, Lucidity, PerkinElmer, Thermo Fisher Scientific

**Geräte-Modell** Agilent 4890, Agilent 5890, Agilent 6850, Agilent 6890, Agilent 7820, Agilent 7890, Agilent 8860, Agilent 8890, Agilent Intuvo 9000, Lucidity GC-FID, PerkinElmer Clarus 580, PerkinElmer Clarus 690, PerkinElmer GC 2400, Scion Instruments 8300, Scion Instruments 8500, Thermo TRACE 1600/1610, Thermo TRACE GC / Ultra, Thermo TRACE 1300 Series

## Weitere Bilder

