Hellma Kalibrierstandard-Set UV106H zur Überprüfung von Streulicht (Cut-off ca. 198, 258, 322 nm) nach USP (Methode A)



Artikelnummer 260329-H

Produktbeschreibung

Hellma® Kalibrierstandard-Set UV106H zur Überprüfung von Streulicht nach USP (Methode A) mit: UV1 Kaliumchlorid SD 10 mm kalibriert bei Cut-off ca. 198 nm gemessen gegen UV1H Kaliumchlorid-Referenzfilter SD 5 mm, UV10 Natriumiodid SD 10 mm kalibriert bei Cut-off ca. 258 nm, gemessen gegen UV10H Natriumiodid-Referenzfilter SD 5 mm, UV19 Aceton SD 10 mm kalibriert bei Cut-off ca. 322 nm, gemessen gegen UV19H Aceton-Referenzfilter SD 5 mm, alle Filter kalibriert mit Spaltbreite 2 nm, in hochwertiger Aufbewahrungsbox mit Seriennummern und DAkkS-Kalibrierscheinen

Kalibrierstandard Typ: Flüssigfilter-Set
Hersteller-Nr.: 667106H

Weitere Bilder

